

体内金属におけるMRI検査注意事項

検査不可	心臓ペースメーカー	材質に関係なく検査不可
	人工内耳・中耳	
	チタン製以外の脳動脈クリップ	
	体内埋込式インスリンポンプ	
	スワンガンツカテーテル	
	磁石式人工肛門	
	条件付きMRI対応神経刺激システム	
	外傷などにより目など決定臓器に位置する材質不明の体内金属のある方	
条件付可能 ※検査部位に近い場合は、画像に影響がでることがあります。ご相談ください。	冠動脈ステント・大動脈ステント	MRI対応の血管内ステントを3ヶ月以内に留置した方は不可
	人工弁	1970年以前の製品は禁止
	消化器(胃と大腸)のクリップ	消化管クリップを1ヶ月以内に留置した方は不可
	避妊リング	MRI対応のものなら可
	V-Pシャント留置	検査可能だが検査後専門医による圧確認が必須
	インプラント(磁石式の入れ歯)	取り外して検査可 ※受け側が磁石の場合は、検査前に同意書の記入を要する
	入れ墨・タトゥー	検査前に同意書の記入を要する ※検査部位に近い場合1.5T推奨
	義眼	磁力で付着する義眼は不可 金属性以外の場合は取り外して検査可
	補聴器	取り外して検査可
	カラーコンタクト(ディファイン含む)、ピアス、プレスレットなど	取り外して検査可
ストーマ	接続部が金属なものは取り外せば検査可	
検査可能 ※検査部位に近い場合は、画像に影響がでることがあります。ご相談ください。	MRI対応の血管や管腔臓器内の金属(フィルター、コイルなど)	検査可
	整形外科的金属(チタン製)	
	胸骨ワイヤー	
	金歯・銀歯	
その他	薬剤浸透性絆創膏(ニトロダーム・ニコチネルパッチ等)	原則、検査前にはがしてもらう。新しいものを持参するよう説明必要

* 検査当日の問診時に上記の禁忌事項が判明した場合には、検査を中止いたします。

* 2017年8月時点での禁忌事項になります。上記禁忌事項は予告なく変更になる可能性もあります。

* その他ご不明な点ございましたらお問合せ下さい。

健診会 東京メディカルクリニック・滝野川メディカルクリニック 放射線科

03-3910-3438