

当院におけるMRI検査注意事項

検査不可	植込み型ペースメーカー・ 植込み型除細動器 (MRI対応含む)	材質に関係なく検査不可 (現状、条件付きMRI対応デバイス患者様への MRI検査の施設基準を当院では満たせないため)
	人工内耳・中耳 (MRI対応含む)	
	チタン製以外の 脳動脈クリップや頭蓋骨固定	
	体内埋込式インスリンポンプ	
	スワングンツカテーター	
	磁石式人工肛門	
	植込み型心電用データレコーダ	
	神経刺激システム (MRI対応含む)	
	美容整形術で顔面に金属糸等を 埋め込んでいる方	
	外傷などにより目など決定臓器に位置 する材質不明の体内金属のある方	
条件付きで 基本的に1.5Tで 検査可能 <small>※検査部位に近い場合は、画 像に影響がでることがありま す。ご相談ください。</small>	冠動脈ステント・大動脈ステント (MRI対応含む)	血管内ステントを3ヶ月以内に留置した方は不可
	心臓人工弁	1970年以前の製品は不可
	消化器(胃と大腸)のクリップ (MRI対応含む)	消化管クリップを1ヶ月以内に留置した方は原則不可 ※MRI対応のものも存在するが検査時の素材確認が困難なため
	避妊リング	MRI対応なら検査可
	V-Pシャント留置	検査直後に専門医による圧確認実施できないと検査不可 ※当院では圧確認は行えません
	インプラント(磁石式の入れ歯)	取り外して検査可 検査前に同意書の記入を要する
	入れ墨・タトゥー	検査前に同意書の記入を要する
	妊婦	妊娠の可能性または妊娠16週未満で検査不可
検査可能 <small>※検査部位に近い場合は、画 像に影響がでることがありま す。ご相談ください。</small>	整形外科的金属(チタン製)	検査可 (古いものは発熱の可能性があり基本的に1.5Tで検査)
	胸骨ワイヤー	
	金歯・銀歯・矯正 その他着脱不可の歯科インプラント	
その他	治療用置き針	原則取り外して検査可
	ストーマ、尿道留置カテーター	接続部が金属のものは取り外せば検査可
	カラーコンタクト(ディファイン含む)、 ピアス、プレスレット、補聴器など	取り外して検査可
	増毛パウダー (スーパーミリオンヘアーなど)	検査日に塗布がなければ検査可
	薬剤浸透性絆創膏(ニトロダーム等)、 体外センサー、湿布など	検査前にはがしてもらい 必要あれば新しいものを用意してもらい ※当院にて新しいものを用意することはできません
	義眼	磁力で付着する義眼は不可 金属性以外の場合は取り外して検査可

* 検査当日の間診時に上記の禁忌事項が判明した場合には、検査を中止いたします。

* 2019年10月時点での禁忌事項になります。上記禁忌事項は予告なく変更になる可能性もあります。

* その他ご不明な点ございましたらお問合せ下さい。