

当院におけるMRI検査注意事項

検査不可	植込み型ペースメーカー・植込み型除細動器 (MRI対応含む)	材質に関係なく検査不可 (現状、条件付きMRI対応デバイス患者様へのMRI検査の施設基準を当院では満たせないため)
	人工内耳・中耳 (MRI対応含む)	
	チタン製以外の脳動脈クリップや頭蓋骨固定	
	体内埋込式インスリンポンプ・持続血糖測定器 (センサー含む)	
	磁石式人工肛門	
	植込み型心電用データレコーダ	
	神経刺激システム (MRI対応含む)	
	美容整形術で顔面に金属糸等を埋め込んでいる方	
	乳房再建用 エキスパンダー	
	外傷などにより目など決定臓器に位置する材質不明の体内金属のある方	
条件付きで基本的に1.5Tで検査可能 <small>※検査部位に近い場合は、画像に影響がでることがあります。ご相談ください。</small>	冠動脈・大動脈・大腿・下腿ステント (MRI対応含む)	血管内ステントを3ヶ月以内に留置した方は不可
	膵管・胆管・大腸ステント	MRI対応なら検査可
	脳動脈ステント	MRI対応なら検査可
	心臓人工弁	1970年以前の製品は不可
	消化器 (胃と大腸) のクリップ (MRI対応含む)	消化管クリップを1ヶ月以内に留置した方は原則不可 ※MRI対応のものも存在するが検査時の素材確認が困難なため
	避妊リング	MRI対応なら検査可
	シャントバルブ留置	検査直後に専門医による圧確認実施できないと検査不可 ※当院では圧確認は行えません
	インプラント (磁石式の入歯)	取り外して検査可 検査前に同意書の記入を要する
	緑内障フィルトレーションデバイス (アルコン™ エクスプレス™)	デバイスを2週間以内に挿入した方は不可
	入れ墨・タトゥー	検査前に同意書の記入を要する
	妊婦	妊娠の可能性または妊娠16週未満で検査不可
検査可能 <small>※検査部位に近い場合は、画像に影響がでることがあります。ご相談ください。</small>	整形外科的金属 (チタン製)	検査可 (古いものは発熱の可能性があり、万が一熱感など生じた場合は検査中止)
	胸骨ワイヤー	
	金歯・銀歯・矯正 その他着脱不可の歯科インプラント	
その他	治療用置き針・巻き爪ワイヤー	原則取り外して検査可
	ストーマ、尿道留置カテーテル	接続部が金属のものは取り外せば検査可
	カラーコンタクト (ディファイン含む)、ピアス、ブレスレット、補聴器など	取り外して検査可
	増毛パウダー (スーパーミリオンヘアーなど)	検査日に塗布がなければ検査可
	薬剤浸透性絆創膏 (ニトロダーム等)、体外センサー、湿布など	検査前にはがしてもらい 必要あれば新しいものを用意してもらい ※当院にて新しいものを用意することはできません
	義眼	磁力で付着する義眼は不可 金属性以外の場合は取り外して検査可

検査当日の間診時に上記の検査不可事項が判明した場合には、検査を中止いたします。あらかじめご了承ください。

2021年10月時点での注意事項になります。上記事項は予告なく変更になる可能性もあります。

最新の注意事項は当院ホームページにて掲載しておりますのでご確認ください。

その他ご不明な点がございましたら下記までお問合せ下さい。

健診会 東京メディカルクリニック・滝野川メディカルクリニック TEL: 0120-343-823



画像診断センターホームページ
MRI検査の注意事項はこちら